



## ROTEIRO AMBULÂNCIA

## VEÍCULO TIPO "D" UTI MÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E DO ESTABELECIMENTO			
<b>ESTABELECIMENTO:</b>			
<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>CNPJ:</b>	
<b>ENDEREÇO:</b>			
<b>BAIRRO:</b>		<b>CEP:</b>	<b>TELEFONE:</b>
<b>VEÍCULO:</b>		<b>PLACA:</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>

**Plantão 24h:** Anexar escala com profissionais de saúde (Enfermeiros e Médicos);

**Eventualidade:** Anexar profissional de saúde (Enfermeiro e Médico);

INSPEÇÃO DO VEÍCULO			
Nº	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO
01	Veículo em bom estado de manutenção, higiene, fácil higienização e desinfecção;		
02	Possui sistema de ventilação forçada para manter temperatura agradável para o paciente;		
03	Possui cinto de segurança suficiente para os pacientes que transporta;		
04	As janelas do compartimento do paciente são de vidros jateados;		
05	O veículo dispõe de recipiente rígido para acondicionar perfurocortantes quando usados;		
06	Dispõe de lixeira com tampa e saco plástico branco para acondicionar material contaminado;		
07	O estabelecimento possui local adequado para lavagem e desinfecção das ambulâncias;		
08	O veículo possui sinalizador ótico e acústico funcionando;		
09	O extintor de incêndio do veículo está na validade;		
10	O veículo possui maca articulada e com rodas;		
11	O veículo possui 02 (dois) suportes para soro?		
12	Cadeira de roda dobrável;		
13	Respirador ciclado a pressão ou volume não eletrônico. No caso de frota é obrigatório que exista pelo menos um respirador a volume disponível; no caso de único, deverá contar com respirador a volume;		
14	Monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível;		
15	<b>Maleta de Vias Aéreas contendo:</b> Máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos, cateteres de aspiração, adaptadores para cânulas, cateteres nasais, seringa de 200 ml, ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório, sondas para respiração traqueal de vários tamanhos, luvas de procedimentos, máscaras para ressuscitador adulto/infantil, lidocaína geleia e spray, laringoscópio adulto e infantil com conjunto de lâminas, estetoscópio, esfigmomanômetro adulto/infantil, cânulas orofaríngeas adulto/infantil, fios guia para intubação, pinça de Magyll, bisturi descartável, cânula para traqueostomia, conjunto de drenagem torácica;		
16	<b>Maleta de Acesso Venoso contendo:</b> Tala para fixação de braço, luvas estéreis, algodão com antisséptico, pacotes de gazes, esparadrapo, material para punção de vários tamanhos, equipos de macro e micro gotas, cateteres específicos para dissecação de veias tamanho adulto/infantil, tesoura, pinça de Kocher, lâminas de bisturi, seringas de vários tamanhos, torneiras de três vias, equipo de infusão de três vias, frascos de soro fisiológico, ringer lactato e glicosado;		
17	Caixa completa de pequenas cirurgias;		
18	<b>Maleta de Parto contendo:</b> Luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, absorvente higiênico grande, cobertor ou similar para envolver recém-nascido, compressas cirúrgicas e gazes estéreis, braceletes de identificação;		
19	Sondas vesicais.		
20	Coletores de urina com sistema de drenagem tipo fechado;		
21	Protetores para eviscerados ou queimados;		
22	Sondas nasogástricas;		
23	Eletrodos descartáveis;		

24	Equipos para drogas fotossensíveis e para as bombas de infusão;		
25	Circuito de respirador estéril de reserva;		
26	Equipamentos de proteção individual –EPI's - para a equipe de atendimento;		
27	Cobertor ou filme metálico para conservação;		
28	Campo cirúrgico fenestrado;		
29	Almotolias com antisséptico;		
30	Conjunto de colares cervicais e prancha longa para imobilização da coluna;		
31	Caso transporte neonatal deverá contar com pelo menos uma incubadora de transporte de recém - nascido com bateria e ligação de tomada 12v ao veículo. A incubadora deve estar apoiada sobre carro com rodas devidamente fixadas dentro da ambulância e respirador e equipamentos adequados para recém- natos;		
32	Instalação de rede portátil de oxigênio com válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo 2 horas);		
33	Cilindro de oxigênio portátil com válvula ou sistema de oxigênio medicinal;		

**Data:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Local:** \_\_\_\_\_